


Külső hőmérséklet-érzékelő akkreditált kalibrálása - ISO/IEC 17025

Termékkód: SLU002



A külső érzékelővel rendelkező műszer vagy az önálló külső hőmérséklet-érzékelő akkreditált kalibrálását külső, akkreditált kalibrálólaboratórium végzi. A szolgáltatás magában foglalja a kalibrálási tanúsítvány kiállítását.

- akkreditált kalibrálás a CSN EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint
- az akkreditált kalibrálás eredményei az EA MLA és ILAC MRA megállapodások alapján nemzetközileg elismertek
- a -40 és $+600$ °C közötti tartományban 3 hőmérsékleti ponton végzett kalibrálás benne van az árban
- további kalibrálási pontok, valamint a standard tartományon kívüli kalibrálás (-80 °C-ig, illetve $+1300$ °C-ig) felár ellenében vehető igénybe

A kívánt kalibrálási pontokat a megrendelésben fel kell tüntetni.

Ha nincsenek megadva kalibrálási pontok, a kalibrálás automatikusan a -20 °C, 0 °C és $+20$ °C standard pontokon történik.

[COMET műszerek kalibrálása – kérdések és válaszok](#)

Műszaki adatok